



HygCen Germany GmbH | Bornhövedstrasse 78 | 19055 Schwerin

# Zertifikat

für die im Unternehmen

**MEDTRONIC medizinisch-elektronische  
Gerätegesellschaft m.b.H.**

**In den Ensterwiesen 7**

**D-61276 Weilrod**

produzierten Materialgruppen

**Medienschläuche aus**

**PUR/Nygon S, Biflex/Biflex S, PURAL**

kann nach Prüfung

**auf Zytotoxizität analog DIN EN ISO 10993-5 und auf Irritation und Allergie vom  
verzögerten Typ analog DIN EN ISO 10993-10**

**die biologische Unbedenklichkeit gemäß**

**DIN EN ISO 10993-1 bestätigt werden.**

**Identifikations Nummer: 99342**

**Schwerin, 30.01.2017**

Prof. Dr. med. H.-P. Werner  
Wissenschaftl. Techn. Leiter

Dr. med. univ. Sebastian Werner  
Geschäftsführer